

電子天秤の購入 仕様書

京都府流域下水道事務所
木津川上流浄化センター

1 品名

電子天秤 1台

参考品 ギャルトリウス・ジャパン製 電子天秤 MCA225S-2S01-I
(自動ガラス製風防及びイオナイザー)
標準付属品を含む。

同等品可 参考品と同等以上の性能を有し、本仕様を満足する物品でも可能であるが、その場合は、本仕様書に示す性能以上であることを証明する資料を提出し、京都府の承認を受けること。

2 機器仕様

(1) 構造の条件

機器は、堅牢で長期間の使用に耐え得る構造であり、次の条件を満足すること。

- ア 機器は、信頼度の高い良好な部品・材料を用いると共に、故障の少ないこと。
- イ 機器は、点検・修理・交換・取扱いが容易であること。

(2) 機器機能 主なものは以下のとおり。

- ア 秤量 220g以上
- イ 読取限度 0.01mg
- ウ 秤量皿 85mm×85mm程度
- エ 秤量室内高さ 250mm以上
- オ 測定数値の安定時間 2秒前後
- カ 風防 自動開閉式ガラス製風防であること
- キ イオナイザー内蔵であること。
- ク その他
自動レベリング機能を有すること

(3) 付属品等

- ア 出荷時 JCSS 校正証明書を添付すること。
- イ 据付時に現地調整を実施し、後日校正証明書を提出すること

3 納入期限 令和6年1月31日(水)

4 据付場所

京都府相楽郡精華町大字下粕小字椋ノ木97番地
京都府流域下水道事務所木津川上流浄化センター(以下当所とする。)の指定する場所

5 納入及び設置

(1) 組立、調整

受注者は、本仕様書を満足する納入時の最新機種を納入することとし、検査、その他諸手続は請負人が行うものとし、設置時に試運転を行い、動作確認すること。

引き渡しまでの一切の経費及び仕様を満足するのに必要な経費は、本装置購入に含むものとする。

(2) 付属品及び提出書類

標準付属品、日本語マニュアル等、使用に必要な物品は付属すること。

(3) 検収、引き渡し

納入時に動作確認、動作等説明を行い、当所の検収後引き渡しとする。

(4) 保証

保証期間は納入後1年間とすること。ただし、受注者が別に定める保証期間が1箇年以上にわたる場合はそれを適用する。機器本体及び周辺機器は、10年間の使用を前提とし、修繕・交換部品の供給に支障のないようにすること。

6 その他

その他の詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、京都府と受注者が必要に応じ打合せを行い、決定するものとする。